



品 名： 异丙醇
批 号： 20210828
级 别： 分析纯
检验依据： HG/T 2892-2020
分 子 式： $(\text{CH}_3)_2 \text{CHOH}$
分 子 量： 60.10
检验日期： 2021-08-28

检验项目	指标	检验结果
含量 $((\text{CH}_3)_2 \text{CHOH})$, %	≥ 99.7	99.9
密度(20°C) , g/mL	0.784~0.786	合格
蒸发残渣 , %	≤ 0.001	< 0.001
与水混合试验	合格	合格
酸度(以 H^+ 计) , mmol/g	≤ 0.0003	< 0.0003
还原高锰酸钾物质	合格	合格
易炭化物质	合格	合格
羰基化合物(以CO计) , %	≤ 0.005	< 0.005
甲醇($\text{CH}_3 \text{OH}$) , %	≤ 0.1	< 0.1
铁(Fe) , %	≤ 0.00001	< 0.00001
水分($\text{H}_2 \text{O}$) , %	≤ 0.1	< 0.1
以下空白		

结论： 本品按 HG/T 2892-2020 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 赵秋生